



TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO

Características del Producto



CARE4U - El Termómetro infrarrojo de nueva generación, diseño ergonómico, elegante, rico en funciones, rapido y preciso.



Parámetros Básicos



Método de Medición :	Infrarrojo sin Contacto - A distancia
Distancia de Medición:	2cm~5cm
Rango de Temperatura:	(32°C~42°C),
Sonido de Alerta:	Alerta toma de temperatura OK.
Presición de medida:	(±0.2°C)
Alerta de Batería Baja:	Alerta Baterías Bajas
Apagado Automático:	Apagado automático 60 Segundos.
Pilas Utilizadas:	2 Pilas AA.

Packaging



PRESENTACION - Master Pack



Como usarlo ?

Recomendaciones de Uso: Como se muestra a continuacion entre cejas, coloque el termometro verticalmente hacia la frente a unos 2cm. - 5 cm. de distancia, y luego presione la tecla de medicion (Gatillo), luego del pitido se muestra la temperatura en la pantalla Led.



VENTAJAS



Sin contacto

Sin Contacto , garantiza la higiene disminuyendo al máximo la infección de Virus y Bacterias.



Eficiente y seguro

De operacion simple y segura, no es necesario esperar



Infrarrojo de calidad

Precisión del Sensor infrarrojo desarrollado por ELFOS, menos de 0.2 C° de displacia, Filtro de 5.5 um. con amplio rango de medición.



Apagado Automático

El apagado automático , cuida las baterías, garantizando mas de 3000 tomas sin su reemplazo.

CERTIFICADOS DE FABRICACION



Licencia comercial de insumos Médicos

Licencia de Exportador

Certificado de Exportación del Producto

CERTIFICADOS DEL DISPOSITIVO



Certificado Medico del Dispositivo :
 HNMPA certified 20202070665



Licencia de Fabricación:
 Hunan CFDA Production Permit No.20200059

CERTIFICADOS DE EXPORTACION




CE EUROPEO



FDA AMERICANO



RoHS Certificate



CE certificate and FDA certificate, which guarantees reliable quality for export globally.

Test Report



深圳华通威国际检验有限公司
中国广东·深圳市光明新区玉律社区高新产业园
电话: +86-755-26748078 传真: +86-755-26748089 <http://www.shtw.com.cn>



ICS 11.040.55
C 38



中华人民共和国国家标准

GB/T 21417.1—2008

检验报告

报告编号: CHTSM20030032

仅供查看

委托方 湖南众连康医疗科技有限公司

样品名称 额温计

型号 ZLK-IRT101

检验类别 注册检验 (√)

注册补充检验 ()

其他检验 ()

深圳华通威国际检验有限公司



报告查询码:



医疗器械产品技术要求预评价意见

检测报告编号 CHTSM20030032, CHTSM20030042, CHTSM20030043

一、产品技术要求中性能指标的完整性与适用性; 检验方法是否具有可操作性 and 可重复性; 是否与检验要求相适应; 该产品技术要求中性能指标的完整性与适用性基本合理; 检验方法具有可操作性 and 可重复性; 与检验要求相适应。
二、依据现行强制性或推荐国家标准、行业标准检验的, 所用强制性国家标准、行业标准的完整性; 所有标准与产品的适宜性, 所用条款的适用性; 该产品技术要求已经引用了 GB 9706.1-2007、GB/T 14710-2009、YY 0505-2012、GB/T 21417.1-2008 等现行强制性国家标准或推荐性国家标准/行业标准, 所用标准与产品适宜性基本合理, 所用条款的适用性基本合理。 仅供查看
三、如检验内容涉及引用中国药典/美国药典/欧洲药典, 评价完整性、适宜性和适用性; 不适用。
四、其它需要说明的问题; 本产品技术要求适用于湖南众连康医疗科技有限公司生产型号为 ZLK-IRT101 的额温计产品。 检验结论为: 被检样品符合产品技术要求相关的性能指标。
五、综合评价意见; <input checked="" type="checkbox"/> 经预评价, 对产品技术要求无补充, 完善意见。 <input type="checkbox"/> 经预评价, 产品技术要求在以下方面需要进一步补充, 完善: 性能指标: 适用国家标准、行业标准; 引用《中华人民共和国药典》内容;



Standards meet, fully qualified. Device has passed China most strict enforcement national standards. (GB 9706.1-2007、GB/T 14710-2009、YY 0505-2012、GB/T 21417.1-2008). For more information, please scan the qr code on the report front page.

CALIDAD Y SALUD



Taller de producción ordenado, normas y procedimientos de producción estrictos, trabajadores profesionales, para garantizar productos de alta calidad.



FABRICA



El área de construcción es de aproximadamente 4,000 metros cuadrados, el área del taller de producción es de aproximadamente 1800 metros cuadrados y el área de la oficina es de aproximadamente 980 metros cuadrados. El área del almacén es de aproximadamente 486 metros cuadrados y el área de inspección es de aproximadamente 160 metros cuadrados.

El área de oficinas, el taller de producción y el espacio de almacenamiento de la compañía son independientes.

El lugar de trabajo y el equipo de producción e inspección de la compañía están determinados a cumplir con las características y requisitos de procesamiento del termómetro.